

**Фармстандарт-Медтехника**

Современные системы  
инфекционного контроля

# ТЗМОИ

## КАТАЛОГ

запасные части



# ДЭ-60

**Аквадистиллятор  
электрический**

12.2014

**Арматура светосигнальная АСН-1-220-1-1-4****Параметры:**

Артикул		409431339500
Маркировка		
Количество	шт	2
Период использования		до 2009

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА57-35-34001020УХЛ3 380В  
100А ПЕРЕД.ПРИС****Параметры:**

Артикул		409431382500
Маркировка		ВА57-35- 34001020УХЛ
Количество	шт	1
Период использования		до 2010

**Выключатель КУ011201(красный цилиндр)****Параметры:**

Артикул		
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		До 2010

**Выключатель КУ011101 (черный цилиндр)****Параметры:**

Артикул		
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		До 2010

**Датчик уровня воды АГ100.02.060****Параметры:**

Артикул		409031178100
Обозначение		АГ1000206020
Диаметр	мм	18
Длина	мм	155
Масса	кг	0,14
Количество	шт	1
Период использования		до 2010



### КАМЕРА КОНДЕНСАЦИИ Ц6612.01.030

#### Параметры:

Артикул		
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		до 09.2009

### Контактор КМД-11510УЗ 220В 100А

#### Параметры:

Артикул		409431367000
Маркировка		КМД-11510
Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	175X112x130
Номинальный ток	А	115
Номинальное напряжение	В	380
Масса, нетто	кг	2,0
Количество	шт	1
Период использования		До 2010.



### Кран VT.214 1/2

#### Параметры:


Артикул		409431311500
Маркировка		1/2
Количество	шт	1
Период использования		Действ.



### Предохранитель СП-1А

#### Параметры:

Артикул		
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		до 2007



### Реле промежуточное РП-21М-003 УХЛ4Б 24В

#### Параметры:

Артикул		409431338000
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		до 2010



**Реле промежуточное РП-21М-003 УХЛ4Б 220В 50 Гц****Параметры:**

Артикул		409431337500
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		до 2010

**Регулятор уровня Ц6612М.00.100****Параметры:**

Артикул		40903114360
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		до 2010

**Уплотнение Ц6612.01.003****Параметры:**

Артикул		409031152900
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		

**Уравнитель Ц6612.01.400\_01****Параметры:**

Артикул		
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		Действ.

**Холодильник Ц6612.01.500\_01****Параметры:**

Артикул		409031180700
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		Действ.



**Электронный датчик уровня ЭДУ.010****Параметры:**

Артикул		409031186500
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		с 2010

**Электронагреватель трубчатый ТЭН160.06.000****Параметры:**

Артикул		409031185400
Маркировка		
Диаметр оболочки,	мм	8
Резьба втулок для установки		M14x1,5
Резьба контактных стержней		M4
Мощность,	кВт	2,7
Напряжение,	В	220
Масса,	кг	0,51
Количество	шт	
Период использования		с 2010

