



Общество с ограниченной ответственностью

«Дуэт Клиник»

(ООО «Дуэт Клиник»)

630003, Новосибирская область,

г. Новосибирск, ул. Владимирская, д. 25,

2 этаж, каб. 211

тел. 8(383)- 209-18-17

<https://www.duetmed.ru>

e-mail: info@duetmed.ru

ОКПО 53877832 / ОГРН 1155476081001

ИНН 5406589114 / КПП 540601001

13.11.2024 № 154

На № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «Фармстандарт-Медтехника»
Зезуле А.Ф.

Отзыв

об апробации низкотемпературного плазменного стерилизатора PHS ПС-40 (АО «ТЗМОИ», Россия) в Дуэт Клиник, г. Новосибирск

На базе Дуэт Клиник в течение месяца проводилась апробация плазменного низкотемпературного стерилизатора PHS ПС-40, российского производителя АО «ТЗМОИ».

В учреждении на текущий момент отсутствует специализированное оборудование для низкотемпературной обработки. Целью апробации было оценить эффективность метода плазменной стерилизации в отношении термолabileльных изделий, имеющихся в организации.

Совместно со стерилизатором был предоставлен стол для его размещения и комплект расходных материалов (рулоны Тайвек, стерильянт).

Стерилизатор PHS ПС-40 компактный, подключается к сети однофазного напряжения, никаких других специфических подключений не требует, поэтому был оперативно введен в эксплуатацию.

На протяжении месяца персонал стерилизационной испытывал оборудование. Стерилизации в PHS ПС-40 подвергались следующие медицинские изделия: оптика для лапароскопических операций Olympus, ЛОР-оптика Оптимед, световоды Olympus, эндоскопические инструменты для гинекологических/урологических операций с пластмассовыми ручками, электрические кабели Olympus, ForceTriad и Сургитрон, инструменты волоконные IPG для ЭВЛК. Ежедневно проводилось до 2-х циклов по режиму «стандартный».

К преимуществам стерилизатора PHS ПС-40 стоит отнести его компактный размер, просторную стерилизационную камеру, экономичный расход стерилизующего средства, а также его низкую стоимость.

По результатам проекта апробации плазменного стерилизатора PHS ПС-40 отмечена стабильность и повторяемость результата, подтвержденная индикаторами

химического контроля процесса и печатными отчетами циклов, полученными со встроенного принтера.

Предоставленный стерилизатор плазменный в исполнении PHS ПС-40 производства АО «ТЗМОИ» является современным, качественным и эффективным в отношении стерилизаций термолabileльных медицинских изделий. В ближайшее время наше учреждение планирует осуществить закупку данного оборудования.

Директор
Дуэт Клиник, г. Новосибирск



Ибрагимов Р.У.