



Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Новосибирской области

**«Обская центральная
городская больница»**

(ГБУЗ НСО «ОЦГБ»)

633102, Новосибирская область,
г.Обь, ул.Железнодорожная, 7
Тел.: (383-73) 50-830,
e-mail: ocgb@nso.ru

На № 15.01.2024 № 17/24.023-Нсх.
от _____

Генеральному директору
ООО «Фармстандарт-Медтехника»
Зезуле А.Ф.

Отзыв об апробации низкотемпературного плазменного стерилизатора PHS ПС-40в ГБУЗ НСО "ОЦГБ" г. Обь

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Обская центральная городская больница» – это лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее медицинские услуги населению г. Обь. Больница обладает высокотехнологичным оборудованием, позволяющим проводить исследования разного спектра, оказывать неотложную медицинскую помощь.

На базе нашей организации в декабре 2023г проходила апробацию низкотемпературный плазменный стерилизатор PHS ПС-40 российского производителя АО «ТЗМОИ». Целью проекта апробации было определить возможность эффективной и безопасной стерилизации имеющихся в учреждении термочувствительных изделий медицинского назначения в вышеуказанной системе.

Плазменный стерилизатор PHS ПС-40 совместим с широким перечнем медицинских изделий, чувствительных к высокотемпературному воздействию, и имеющих в составе узкие каналы. Также позволяет проводить стерилизацию эндоскопического оборудования и инструментов к нему, и других изделий из синтетических и полимерных материалов.

Российский плазменный стерилизатор PHS ПС-40 обладает современными функциональными и техническими характеристиками, соответствует необходимым требованиям при проведении стерилизации, удобен и безопасен в эксплуатации и обслуживании. Также, следует отметить, что данное оборудование является экономичным благодаря низкой стоимости стерилизационного цикла.

Эффективность процесса обработки медицинских изделий в PHS ПС-40 подтверждается соответствующими средствами контроля. За время проведения

апробации нареканий к работе данного плазменного стерилизатора выявлено не было.

Низкотемпературный плазменный стерилизатор PHS ПС-40 производства АО «ТЗМОИ» соответствует заявленным характеристикам и может быть рекомендован для применения в медицинской практике.

Главный врач



А.В. Лацких

гл. медсестра Кононенко О.В.
т 89130630373